

Разъяснения документации по проведению запроса котировок №31603679761.

Запрос разъяснений от 26.05.2016г. Габаритные размеры камеры УФ-бактерицидной для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП.

Согласно Руководства по эксплуатации на камеру УФ - бактерицидную для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП производитель ООО «Ферропласт Медикал», Россия длина камеры без стола равна 960 мм и длина камеры со столом равна 960 мм., а не 950мм, и вес камеры согласно Руководства равен 50кг., а не 42 кг., как указано в спецификации запроса котировок №31603679761.

Просим дать разъяснения.

Ответ на запрос (предоставлен 27.05.2016г.):

В соответствии с Вашим запросом б/н от 27.05.2016г. заказчиком МУПЗ «ХСП» будут внесены изменения в извещение и документацию по проведению запроса котировок №31603679761.